

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 2.615/2023)

às 10:03:05 horas do dia 03/05/2023 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFÍCIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2.615/2023 - 2023/20/2023 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DIVINO AMOR, HOSPITAL DEPUTADO MÁRCIO MARINHO, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA NAZARÉ SILVA DOS SANTOS UPA, CCPAR SADI MENDES, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO MUNICIPAL, ÓRGÃOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM/RN.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2023 14:29:21:350	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 12.600,00
30/04/2023 16:14:27:306	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 14.015,88
03/05/2023 07:26:27:487	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 40.000,00
02/05/2023 14:47:47:751	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 14.000,00
02/05/2023 10:27:58:737	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 10.000,00
02/05/2023 14:35:34:822	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 56.063,52
03/05/2023 09:14:59:752	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 20.000,00
02/05/2023 17:39:39:701	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 200.000,00
02/05/2023 23:55:40:957	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 14.000,00

Lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;

- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;
- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2023 17:14:07:445	W FELIPE DA SILVA	R\$ 57.600,00
02/05/2023 14:29:21:350	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 50.400,00
30/04/2023 16:14:27:306	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 39.463,84
02/05/2023 20:56:01:708	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 160.000,00
03/05/2023 07:26:27:487	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 400.000,00
02/05/2023 14:47:47:751	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 39.440,00
02/05/2023 09:59:59:658	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	R\$ 39.463,84
02/05/2023 14:35:34:822	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315.704,00
02/05/2023 16:04:17:789	JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 92.053,20
03/05/2023 09:09:10:530	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 80.000,00
02/05/2023 17:39:39:701	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 300.000,00
02/05/2023 23:55:40:957	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 39.440,00

Lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2023 14:29:21:350	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 13.300,00
02/05/2023 20:56:01:708	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 350.000,00
03/05/2023 07:26:27:487	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 350.000,00
02/05/2023 14:47:47:751	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 123.900,00
03/05/2023 09:02:59:401	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 52.500,00
02/05/2023 14:35:34:822	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 123.900,00
02/05/2023 16:04:17:789	JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 87.790,50



02/05/2023 17:39:39:701	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 300.000,00
02/05/2023 23:55:40:957	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 102.550,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/05/2023 10:15:47:939	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 9.200,00
03/05/2023 10:15:20:662	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.250,00
03/05/2023 10:08:33:268	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.300,00
02/05/2023 14:29:21:350	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 12.600,00
30/04/2023 16:14:27:306	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 14.015,88
03/05/2023 07:26:27:487	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 40.000,00
02/05/2023 14:35:34:822	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 56.063,52
02/05/2023 17:39:39:701	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;
- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;
- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/05/2023 10:15:36:533	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 32.099,00
03/05/2023 10:08:51:311	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 32.100,00
03/05/2023 10:08:22:336	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 32.140,00
03/05/2023 10:06:25:734	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	R\$ 32.184,00



03/05/2023 10:11:07:695	W FELIPE DA SILVA	R\$ 39.400,00
03/05/2023 10:08:15:825	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 47.850,00
03/05/2023 10:15:16:981	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 92.053,19
02/05/2023 16:04:17:789	JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 92.053,20
02/05/2023 17:39:39:701	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 300.000,00
02/05/2023 14:35:34:822	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315.704,00
03/05/2023 07:26:27:487	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 400.000,00

Lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2023 14:29:21:350	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 13.300,00
03/05/2023 10:26:52:874	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 67.999,99
03/05/2023 10:26:45:227	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 68.000,00
03/05/2023 10:19:56:401	JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 77.257,25
03/05/2023 10:08:06:479	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 87.770,00
03/05/2023 10:04:59:193	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 101.000,00
02/05/2023 17:39:39:701	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 300.000,00
03/05/2023 07:26:27:487	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 350.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/05/2023, às 10:19:20 horas, no lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 15/05/2023, às 13:09:00 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 15/05/2023, às 13:09:00 horas, no lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta está de acordo com as exigências do Edital. No dia 24/05/2023, às 09:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 09:48:44 horas, no lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 24/05/2023, às 09:48:44 horas, no lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA com o valor R\$ 9.200,00.

No dia 03/05/2023, às 10:23:22 horas, no lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;
- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;
- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 15/05/2023, às 13:10:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2023, às 13:10:37 horas, no lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;

- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;
- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta está de acordo com as exigências do Edital. No dia 24/05/2023, às 09:49:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 09:49:37 horas, no lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;
- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;
- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 24/05/2023, às 09:49:37 horas, no lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;
- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;
- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE com o valor R\$ 32.098,96.

No dia 03/05/2023, às 10:40:14 horas, no lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 03/05/2023, às 11:55:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2023, às 11:55:07 horas, no lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO. No dia 15/05/2023, às 13:11:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2023, às 13:11:29 horas, no lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta está de acordo com as exigências do Edital. No dia 24/05/2023, às 09:50:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2023, às 09:50:08 horas, no lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 24/05/2023, às 09:50:08 horas, no lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 67.999,75.

No dia 03/05/2023, às 09:02:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

- ME, no lote (3) - Seladora Automática
- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor anexou todos os documentos de habilitação antes da sessão de disputa no sistema licitações-e, vindo a se identificar e conseqüentemente desobedecendo a instrução destacada na primeira página do Edital, em letras garrafais e com destaque na cor amarela: EDITAL ADAPTADO AOS PROCEDIMENTOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.868/2017 PARA PREGÃO ELETRÔNICO. REFORÇAMOS QUE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVEM SER ENVIADOS SOMENTE POR EMAIL, APÓS A SESSÃO DE DISPUTA, SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO OU APRESENTANDO A DOCUMENTAÇÃO ANTES DE ENCERRADA A DISPUTA, SER DESCLASSIFICADA..

No dia 03/05/2023, às 09:09:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no lote (2) - Seladora Automática Contínua

- Aço Inox
- Espessura da selagem: 8mm;
- Capacidade da Esteira: 5 kg;
- Largura da Esteira: 160 mm;
- Controlador de velocidade da esteira;
- Largura da seladora: 360 mm
- Comprimento da seladora: 420 mm;
- Altura da seladora: 850 mm;
- Temperatura: 0 - 300°C;

- Potência: 650 w;
- Tensão: 220V / 50 - 60Hz. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor anexou todos os documentos de habilitação antes da sessão de disputa no sistema licitações-e, vindo a se identificar e conseqüentemente desobedecendo a instrução destacada na primeira página do Edital, em letras garrafais e com destaque na cor amarela: EDITAL ADAPTADO AOS PROCEDIMENTOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.868/2017 PARA PREGÃO ELETRÔNICO. REFORÇAMOS QUE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVEM SER ENVIADOS SOMENTE POR EMAIL, APÓS A SESSÃO DE DISPUTA, SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO OU APRESENTANDO A DOCUMENTAÇÃO ANTES DE ENCERRADA A DISPUTA, SER DESCLASSIFICADA..

No dia 03/05/2023, às 09:14:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no lote (1) - Pistola de limpeza e secagem interna de materiais - Alumínio ou aço inox; - Punho em silicone e ergonômico e isolado termicamente; - Funciona acoplada à rede de ar comprimido ou água; - Bico universal que se adapta aos diversos instrumentos médicos; - Cabo com 3,5m. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor anexou todos os documentos de habilitação antes da sessão de disputa no sistema licitações-e, vindo a se identificar e conseqüentemente desobedecendo a instrução destacada na primeira página do Edital, em letras garrafais e com destaque na cor amarela: EDITAL ADAPTADO AOS PROCEDIMENTOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.868/2017 PARA PREGÃO ELETRÔNICO. REFORÇAMOS QUE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVEM SER ENVIADOS SOMENTE POR EMAIL, APÓS A SESSÃO DE DISPUTA, SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO OU APRESENTANDO A DOCUMENTAÇÃO ANTES DE ENCERRADA A DISPUTA, SER DESCLASSIFICADA..

No dia 03/05/2023, às 11:55:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (3) - Seladora Automática

- Selagem com controle de pulso;
- Controle eletrônico de temporizador;
- Sistema de corte integrado;
- Área de selagem: 30 cm;
- Espessura de selagem: 8mm;
- Tensão: 220V. O motivo da desclassificação foi: A empresa SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO foi desclassificada conforme mensagem datada de 03/05/2023, às 11:07:54, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 24/05/2023, às 10:03:44 horas, a autoridade competente da licitação - LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Pregoeiro da disputa

LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA

Autoridade Competente

RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
37.242.969/0001-89 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
30.843.402/0001-19 DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA
46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME
26.690.173/0001-72 JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
29.689.057/0001-21 P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
26.526.668/0001-60 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA
29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
10.572.109/0001-57 SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO
22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE
04.099.366/0001-10 W FELIPE DA SILVA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E18E-B62B-FB95-3867

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANA GUIMARÃES DA CUNHA (CPF 968.XXX.XXX-72) em 25/05/2023 10:29:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GEORGE PAIVA DE ASSUNÇÃO (CPF 031.XXX.XXX-29) em 25/05/2023 10:29:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA (CPF 034.XXX.XXX-42) em 25/05/2023 10:29:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA (CPF 069.XXX.XXX-02) em 25/05/2023 10:30:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/E18E-B62B-FB95-3867>