



CPL/SESAD Parnamirim <sesad.parnamirimrn@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimento - PE 55/2023

RC Scientific <rcscientific@outlook.com>
Para: sesad.parnamirimrn@gmail.com

23 de outubro de 2023 às 16:50

Boa tarde.

Segue solicitação de esclarecimento referente ao PE 55/2023, que ocorrerá no dia 26/10/23.

Aguardo seu retorno e agradeço a atenção.

--
Willames Alves
Depto. de Licitações
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos
Tel.: (11) 2375-3652
E-mail: rcscientific@outlook.com



RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI EPP.
R. Alexandre Dumas, n. 1268 - Sala 92 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2375 3652 Email: rcscientific@outlook.com
CNPJ: 27.263.741/0001-11 IE: 141.822.195.111

2 anexos



Solicitação de esclarecimento PE 552023.pdf
339K



Solicitação de esclarecimento.pdf
75K



RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI EPP.
R. Alexandre Dumas, n. 1268 - Sala 92 Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2375-3652 Email: rcscientific@outlook.com
CNPJ: 27.263.741/0001-11 IE: 141.822.195.111

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Pregão Eletrônico n° 55/2023
Processo Administrativo n° 10.107/2023

Prezados,

A RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI., inscrita no CNPJ n° 27.263.741/0001-11, situada à Rua Alexandre Dumas, n° 1268, sala 92, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP, CEP: 04717-003, e-mail rcscientific@outlook.com e telefone (11) 2375-3652 e WhatsApp (11) 91369-0282, vem, por meio desta, solicitar o seguinte esclarecimento:

Referente ao item 2 – MEDIDOR DE CLORO DIGITAL PORTÁTIL, será aceito equipamento com alimentação por 4 pilhas AA em substituição da bateria 9V? Ressaltamos que a substituição proposta não prejudica o funcionamento adequado do equipamento, bem como não compromete a qualidade, eficiência ou segurança das atividades a serem realizadas. As pilhas AA são amplamente disponíveis e apresentam uma alternativa viável e de fácil acesso em comparação à bateria 9V.

Será aceito reagente DPD embalado em sachês com dosagem para amostras de 10ml, em quantidade para 100 testes, dispensando o uso de colher dosadora?

São Paulo, 14 de outubro de 2023

Willames Alves
Departamento de Licitações

27.263.741/0001-11

RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE
INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI

Rua Alexandre Dumas, n° 1.268 sala 92
Chácara Sto Antônio - CEP: 04717-003

SÃO PAULO - SP