



Pesquisa Nº: 308/2018

Nº Processo: 413.022/201

Período: 16/10/2018

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 185.726,28

Objeto: A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades do Márcio Marinho e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Teresa e Nova Parnamirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0:

Item - Código - Especificação	Qtd. Und	Proposta(s) de(s) Fornecedor(es)										Vt. Médio Unitário	Vt. Médio Total	
		BAIXO DE PREÇOS												
1 - 0009156 - VENTILADOR MECANICO Ventilador: 12kg Pedestal: 18 kg Equipamento Completo (incluindo braço e circuitos) 32 kg Dimensões: Altura: 300 mm Largura: 280 mm Profundidade: 400 mm Altura do Pedestal: 1003 mm Pesceja: Acabamento: Pintura esqz. antiorçoxiva Rodízios: Quatro roçozos, sendo dois com travas Massa: 18 kg Altura: 1003 mm	1,00 Und	20.145,60											20.145,60	20.145,60
2 - 0009157 - FOCO CIRURGICO COM PEDESTAL Produto em alumínio (braços e cúpula), de extrema leveza, manuseio simples e grande durabilidade. O ajuste é fácil e preciso, pois suas articulações são balanceadas por molas. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Revestimento em pintura epóxi garante limpeza e apresentação higiénica na cor branca. Arranjo de luz fria (clara e sem borçoxas) que aumenta a precisão das análises. ESPECIFICAÇÕES Peso líquido: 3,89kg Comprimento total do braço articulador: 1,8m Diâmetro da cúpula: 220mm Tensão: 115-127 / 220 - 230v, 50/60Hz Potência: 250 VA Alimentação: bñat automática 127/220 +-10%, 50/60Hz	1,00 Und	7.956,67											7.956,67	7.956,67

Município de Parnamirim



Pesquisa Nº: 308/2018

Nº Processo: 413.022/201


Período: 16/10/2018

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 185.726,28

Objeto: A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades do Marcio Marinho e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Tereza e Nova Paranimirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0:

Item - Código - Especificação	Qtd.	Unid.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vr. Médio Unitário	Vr. Médio Total		
			BAVCO DE PESSOAS													
3 - 0009158 - CARRINHOS HOSPITALAR DE URGENCIA/ EMERGENCIA DESCRIÇÃO Carro de urgência/emergência à motorizada em aço de alta qualidade com acabamento em pintura eletrolítica anti-ferrox. Equipamento de fácil higienização e grande durabilidade. É a solução perfeita para hospitais, clínicas e laboratórios que necessitem de procedimentos de emergência.  ESPECIFICAÇÕES Dimensões: Altura 120cm x Largura 64cm x Profundidade 48cm. 01 Bateria para Desfibrilador. Suporte de aço em aço inox com regulagem de altura e gancho com dois ganchos com regulagem através de manípulo. 03 gavetas com altura de 16cm. 01 Caixa de tomada e/ou tomadas e cabo de 3m. 01 Suporte para cilindro de oxigênio. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. 02 divisórias com 8 compartimentos cada na primeira gaveta. Sistema de trava único para todas as gavetas. 04 rodízios grandes de Ø 100mm sendo dois com travas e dois sem travas. Pneudores em aço.	4,00	Unid	3.581,67												3.581,67	14.326,68





Pesquisa N°: 308/2018

N° Processo: 413.022/201

Período: 16/10/2018

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 185.726,28

Objeto: A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades do Márcio Marinho e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Terza e Nova Parnamirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0:

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) da(s) Fornecedor(es)										Vr. Médio Unitário	Vr. Médio Total											
			Empres	Empres	Empres	Empres	Empres	Empres	Empres	Empres	Empres	Empres													
<p>4 - 0009159 - ASPIRADOR PORTATIL</p> <p>DESCRÇÃO</p> <p>Designio moderno e ergonômico, com caixa de proteção do conjunto do motor em plástico resistente, montado em móvel com pedaleta e rodízios de 3" com feixes.</p> <p>Motor silencioso, ruído menor que 60 dbA.</p> <p>Funcionamento através de deflagração.</p> <p>Sem necessidade de lubrificante.</p> <p>Aplicação autamente ajustável de 0 a 22pol/h (560 mm/h) com registro de ajuste de passo fino, em aço inox, de alta durabilidade.</p> <p>Micro-filtro na descarga de ar que evita a diluição de bactérias para o ambiente de uso do equipamento, com retenção 0,5 micron.</p> <p>Acompanha 1 frasco coletor limpo e resistente de plástico autoclavável (121°C), graduadas em alto relevo. Segundo frasco opcional. Conexão tipo "engate rápido".</p> <p>Vacuumetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg).</p> <p>Fluxo de 0 a 24 km.</p> <p>Duplo sistema de segurança que interrompe a operação em caso de frasco cheio.</p> <p>Opcionais como pedal, filtro hidrobico</p>	4,00	Und		2.222,77																				2.222,77	8.891,08



Pesquisa N°: 308/2018

N° Processo: 413.022/201

Período: 16/10/2018

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 185.726,28

Objeto: A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades do Márcio Maranhão e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Tereza e Nova Parnamirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0:

Item - Código - Especificação	Qtz	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vr. Médio Unitário	Vr. Médio Total	
			BAIXO DE PREÇOS									
5 - 0009160 - DOPPLER FETAL  O Doppler Fetal é um modo de alto desempenho com display digital LCD, que pode ser usado no hospital, clínica e em casa para auto verificação da taxa pela mulher grávida. Ele tem de áudio de saúde e pode gravar os batimentos cardíacos do feto sons para Cd, melhorar o áudio, MP3 ou computador. Possui pequeno porte, design aerodinâmico, fonte capacitada de processamento de sinais de som do coração fetal. Projeto-tipo Spik: projeto separado entre o ambrido e o tubo a ser convenientemente para encontrar o lugar do coração fetal sem. Adquirir os sinais de batimentos cardíacos fetais de um feto, transmitindo o som dos batimentos cardíacos fetais através de auscultadores ou Usb speaker. - Led mostra a frequência cardíaca fetal. Possui controle de Volume. Usb speaker: soquete indicador. Tomada para fone de ouvido ou exportar sinal de áudio para o computador ou outro dispositivo de áudio. Modo de operação contínua. ESPECIFICAÇÕES Tamanho do Led: 31mm X 16mm Ultra-som de frequência: 2,5 MHz±3 % Resolução: 18PM 300PM-2400PM Precisão: ± 18PM Temperatura: + 5 ° C- 40 ° C Umidade: 80% ou menor Pressão atmosférica: 890Pa-1004Pa 6 - 0009161 - MONITOR DE SINAIS VITAIS  Dimensões: 330 x 340 x 230 mm (alt x larg x prof). Peso: 8 kg (sem os módulos externos) Alimentação: Rede Elétrica: 100 - 240 VAC Frequência: 50/60 Hz Potência da Fonte: 240 VA Bateria recarregável: Tela do Vídeo: Tipo de Display: TFTLCD colorido Tamanho da tela: 12" (diagonal) - tela de apoio clínico Componentes externos para monitorização: cabos com lançamento para verificar a pressão arterial; amplificador de pulso para verificar a saturação de oxigênio para ECG (eletrocardiograma) para alterar frequência e amplitude cardíaca; cabo para medir a temperatura;	1,00	Unid	428,33								428,33	428,33
	5,00	Unid	10.900,00								10.900,00	54.500,00

Assinatura e rubrica do responsável pelo processo



Pesquisa Nº: 308/2018	Nº Processo: 413.022/201	Período: 16/10/2018	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 185.726,28
<b>Objeto:</b> A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades do Márcio Marinho e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Teresa e Nova Parnamirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0;				

Item - Código - Especificação	Qtd	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)		Vlt. Máximo Individual	Vlt. Máximo Total
			BAIXO DE PREÇOS			
7 - 0009162 - ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL Manômetro livre de mercúrio, seguro e amigo do meio ambiente Faixa de medição de 0 a 300 mmHg e precisão certificada de ± 3 mmHg Visor grande de 67 (115 cm) para facilitar a leitura Visor fluorescente para melhor visualização em variadas condições de luz ambiente Como em dobramento de alta durabilidade, para ambientes com grande fluxo de utilização Contatamento em metal para amarrar a bráçadeira Manômetro com revestimento blástico (ângulo de 110°), facilitando a visualização em qualquer posição do observador Visor ajustado automaticamente a posição da escala evitando assim os erros de paralaxe Fabricado com materiais resistentes e de altíssima qualidade, para garantir maior precisão e durabilidade Todos os acessórios livres de latex para maior segurança do paciente e do profissional Válvula médica de ar cor "tiro", evita a entrada de pequenas partículas no manômetro Tubo em espiral de 2,4m permite efetuar medições nos braços ou nas pernas Braçadeiras para diversos tamanhos de pacientes disponíveis para diversos tamanhos de pacientes	4,00	Und	324,00		324,00	1.296,00
8 - 070154 - OXÍMETRO DE PULSO É um equipamento para monitoramento contínuo sa saturação de oxigênio, frequência cardíaca e forma de pulso. <b>ESPECIFICAÇÕES</b> Visor LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste indicado de SpO2, frequência cardíaca, forma de pulso, onda pleistomográfica e labels endocentes. Estábulo contínuo em tempo real das ondas pleistomográficas, valores médios, dados cronológica, tendência de medição, perfis de alarme e informações do paciente. Possui 3 modos de estábulo: Dígitos grandes; mesa e gráfico; alarme sonoro ajustável e programável. Bateria recarregável; volume: baixo; silenciar alarme; modo de estábulo; menu. LEDs indicadores; funcionamento por bateria e energia AC; carga de bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento; Bateria interna recarregável de lítio. Ponta de rede para comunicação com computador; opções de sensores: adulto, pediátrico e neonatal	4,00	UNID	1.780,48		1.780,48	7.121,52





Pesquisa Nº: 308/2018

Nº Processo: 413.022/201

Período: 16/10/2018

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 185.726,28

Objeto: A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades das unidades do Márcio Marinho e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Teresa e Nova Paranamirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0:

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vl. Médio Unitário	Vl. Médio Total			
			BANCO DE PREÇOS														
9 - 0009168 - DESFIBULADOR CARDIOVERSOR CARDIACO	4,00	Und	17.765,00													17.765,00	71.060,00
<p>Dispositivo de suporte mais inovador para uso, fornecendo aos socorristas recomendações em tempo real sobre a eficácia da RCP.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES</b></p> <p>Dimensões com pás 30,0 cm (largura), 21,5 cm (profundidade), 28,0 cm (altura).</p> <p>Peso 7,10 Kg (exceto PANI)</p> <p>Equipamento completo (bateria Lithi)</p> <p>6,60 Kg (exceto PANI).</p> <p>Etiqueta</p> <p>AC: 100 a 265 VAC, 50/60 Hz (seleção automática).</p> <p>DC externo: 11 a 16 VDC.</p> <p>Bateria recarregável removível!</p> <p>Tipo: Lithi, 14,4 VDC 4,5 Ah.</p> <p>Duração: Bateria com carga plena 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.</p> <p>—tenda</p> <p>Tipo: Fish Hand.</p> <p>Capacidade: 2 Mb/vis.</p> <p>Pacientes armazenados: &gt; 150 pacientes.</p> <p>Armazenagem: 15 segundos de ECG quando um choque, alarme fisiológico e eventos do painel.</p> <p>ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DE A</p> <p>Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível da bateria, pós conexão e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados.</p>																	
Totais			185.726,28														

\* Preço Descartado (Valor Inexequível ou outras motívas)

Municipal do 3



Pesquisa Nº: 308/2018	Nº Processo: 413.022/201	Período: 16/10/2018	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 185.726,28
-----------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: A licitação tem por objeto, a aquisição dos equipamentos para atendimento as necessidades do serviço de urgência e emergência das unidades do Núcleo Marinho e salas de estabilização das unidades básicas do Parque Industrial, Santa Tereza e Nova Parnamirim. Conforme as especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0:

Item - Código - Especificação	Qtd	Unid	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vt. Médio Unid	Vt. Médio Total	
			BAIXO DE PREÇOS												

